

Odpowiedzi do ogłoszenia w sprawie składania ofert

na dostawę sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiego

Przedmiot: URZĄDZENIA ECMO z wyposażeniem – 2 kpl

1. Dotyczy akcesoriów transportowych, pkt. 28-30.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie akcesoriów transportowych w późniejszym terminie, po dostarczeniu aparatów do ecmo, nie później niż 31 maja 2021? Pytanie motywuję możliwością szybszego dostarczenia aparatów do ecmo tak, aby nie czekać z dostawą na skompletowanie uchwytów transportowych.

Odp. NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie akcesoriów transportowych w późniejszym terminie, po dostarczeniu aparatów do ECMO. Przedmiot umowy, tj. dostawa kompletnych aparatów ECMO wraz z wyposażeniem, zgodnie z formularzem wymaganych warunków technicznych (w tym akcesoriami transportowymi) do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji oraz przeszkoleniem personelu ma zostać zrealizowany w całości do terminu określonego w umowie. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w treści Formularza ofertowego i wzoru umowy w zakresie terminów dostawy i szkolenia.

Pkt. 4 Formularza ofertowego przyjmuje brzmienie:

4. Niniejszym zobowiązujemy się dostarczyć i zainstalować urządzenie do oraz przeszkolić personel do , tym samym zrealizować przedmiot zamówienia w całości w terminie nie późniejszym niż **do dnia 10 czerwca 2021r.**

§ 7. pkt. 1.5) oraz pkt. 2 wzoru umowy otrzymują brzmienie:

1.5) Sprzedawca nie dostarczy Przedmiotu umowy w terminie do dnia 10.06.2021 r.

2. Strony zgodnie postanawiają, że Umowa wygasa z upływem 11.06.2021 r. jeżeli Sprzedający nie dostarczy Kupującemu całości przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.06.2021 r. łącznie.

2. Dotyczy akcesoriów jednorazowego użytku, pkt. 39-41.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na systematyczne dostarczanie akcesoriów jednorazowego użytku wg zapotrzebowania Użytkownika lub dostarczenia ich w późniejszym terminie, po dostarczeniu aparatów, nie później niż 31 maja 2021 roku? W tym przypadku również celem jest szybsze dostarczenie aparatów do ecmo, tak aby nie czekać z dostawą na skompletowanie jednorazówki.

Odp. NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na systematyczne dostarczanie akcesoriów jednorazowego użytku wg zapotrzebowania Użytkownika lub dostarczenia ich w późniejszym terminie. Przedmiot umowy, tj. dostawa kompletnych aparatów ECMO wraz z wyposażeniem, zgodnie z formularzem wymaganych warunków technicznych (w tym akcesoriami jednorazowego użytku stanowiącymi pierwsze wyposażenie) do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji oraz przeszkoleniem personelu ma zostać zrealizowany

w całości do terminu określonego w umowie. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w treści Formularza ofertowego i wzoru umowy w zakresie terminów dostawy i szkolenia:

§ 7. pkt. 1.5) oraz pkt. 2 wzoru umowy otrzymują brzmienie:

1.5) Sprzedawca nie dostarczy Przedmiotu umowy w terminie do dnia 10.06.2021 r.

2. Strony zgodnie postanawiają, że Umowa wygasa z upływem 11.06.2021 r. r. jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Kupującemu całości przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.06.2021 r. włącznie.

3. Dotyczy umowy zwracamy się z prośbą o dopisanie do § 5.4 następującej treści :
„ Przeglądy i naprawy wykonywane będą w miejscu, w którym przedmiot Umowy jest używany. Naprawy wykonywane będą w terminie do 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia wady/awarii przez przedstawiciela Wykonawcy, chyba że przeciwstawia się temu istota wady (m.in. konieczność wprowadzenia części zamiennych z poza terytorium RP) , wówczas strony ustalą termin i miejsce wykonania tej naprawy.”
Odp. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian
4. Dotyczy umowy § 5.7. Zwracamy się z prośbą o usunięcie tego paragrafu gdyż, koliduje on z pkt § 5.4.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy umowy poprzez wykreślenie § 5.7.
5. Dotyczy umowy § 4.6 – Czy Zamawiający uzna za wystarczające dostarczenie faktury w terminie do 3 dni od daty podpisania protokołu mailem na wskazany adres przez Zamawiającego, bez wymogu wysyłki papierowej wersji faktury?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na przyjęcie FV w postaci elektronicznego odzwierciedlenia papierowego dokumentu finansowo-księgowego (FV), tj. skanu FV. Dopuszcza się wystawienie i przekazanie Zamawiającemu faktury VAT elektronicznej, zgodnej z przepisami ogólnie obowiązującymi, pozwalającymi na uznanie jej jako dokument równoważny wystawionemu i dostarczonemu w wersji papierowej, aktualnymi na moment sporządzania ww. dokumentu.
Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w zapisach § 4.6 umowy, nadając mu brzmienie:
Sprzedawca wystawi fakturę VAT w terminie do 3 dni od daty podpisania protokołu odbioru i dostarczy ją Kupującemu pod adres: **KANCELARIA, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego** z siedzibą w **Warszawie, przy ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa** lub w postaci elektronicznej faktury VAT zgodnej z aktualnymi na moment sporządzania ww. dokumentu ogólnie obowiązującymi przepisami, pozwalającymi na uznanie jej za dokument równoważny wystawionemu i dostarczonemu w wersji papierowej, Fakturę elektroniczną należy przesłać na adres dam.dsk@uckwum.pl
6. Dotyczy umowy § 6.1 Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu dostawy określonego w § 5 ust. 1.
Odp. Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.