

znak sprawy: DAM.230/024/2021

## Odpowiedzi do ogłoszenia w sprawie składania ofert

### na dostawę sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiego

#### Przedmiot: Aparat USG – 1 szt.

##### Pytanie 1. do pkt. 48

Prosimy o potwierdzenie, że integracja aparatu USG z systemem HIS, PACS/RIS (system Clininet) nie obejmuje zakupu dodatkowych licencji do posiadanych przez Zamawiającego systemów informatycznych HIS, PACS/RIS, które Zamawiający posiada lub będzie posiadał, a integracja aparatu USG z systemami informatycznymi Zamawiającego HIS, PACS/RIS po stronie Oferenta obejmować będzie licencję DICOM która będzie dostarczona w aparacie USG i integracja po stronie dostawcy aparatu USG będzie polegała na połączeniu aparatu USG z posiadaną przez Zamawiającego licencją HIS, PACS/RIS i nie będzie się to wiązało z dodatkowymi kosztami po stronie dostawcy aparatu USG.

Z doświadczenia wiemy, że częstą praktyką jest stosowanie przez dostawców systemów informatycznych wyższych cen dla Wykonawców/ dostawców sprzętu medycznego niż bezpośrednio dla szpitala, który ma wynegocjowane kontrakty z dostawcami systemów informatycznych w związku z tym ma większe możliwości negocjacji ceny. Jest to rozwiązanie korzystniejsze dla Zamawiającego. W przypadku jeśli dostawca sprzętu medycznego będzie zobowiązany do samodzielnego pozyskania oferty na licencje i przyłączenie należy liczyć się z tym, że koszt licencji i prac związanych z połączeniem z systemem HIS, PACS/RIS będzie wyższy a finalnie ten koszt zostanie doliczony do ceny aparatu USG.

Jeśli Zamawiający posiada lub pozyska ofertę cenową od dostawcy systemów informatycznych na integrację aparatu USG z systemem HIS, PACS/RIS szpitala prosimy o podanie tej ceny ( która przez potencjalnych oferentów będzie dodana do ceny aparatu USG) i poinformowanie dostawcę systemów informatycznych że zakup zgodnie z pozyskaną przez szpital ofertą będzie realizowany przez dostawcę sprzętu medycznego który wygra postępowanie DAM.230/024/2021.

Jednocześnie w załączeniu przysyłamy ofertę cenową którą otrzymaliśmy od dostawcy Państwa systemu HIS, PACS/RIS. Prosimy o zajęcie stanowiska

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Zakład Lecznicy UCK WUM, w którym aparat będzie zainstalowany posiada licencje na podłączenie ww. aparatu do systemu HIS, PACS/RIS. Tym samym oferta na dostawę przedmiotu zamówienia nie powinna obejmować dodatkowych kosztów z tytułu zakupu licencji, o której mowa w pytaniu.

Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja oraz szkolenie personelu, pozwalające na operacyjne wykorzystywanie aparatu. W związku z tym, aparat musi być, po ww. działaniach, kompletny i zdalny do użytku, w tym podłączenie dostarczonego aparatu do licencji posiadanej przez Zamawiającego i skonfigurowanie urządzenia w sposób umożliwiający przekazywanie danych medycznych do systemów HIS, PACS/RIS. Ten zakres prac Wykonawca musi uwzględnić w ofercie. Zamawiający potwierdza, że „(...) integracja aparatu USG z systemami informatycznymi Zamawiającego HIS, PACS/RIS po stronie Oferenta obejmować będzie licencję DICOM, która będzie dostarczona w aparacie USG i integracja po stronie dostawcy aparatu USG będzie polegała na połączeniu aparatu USG z posiadaną przez Zamawiającego licencją HIS, PACS/RIS”. Jednocześnie Zamawiający



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



podkreśla, że Wykonawca – Dostawca aparatu USG musi po swojej stronie zapewnić, i uwzględnić to w ofercie, podłączenie aparatu do systemów Zamawiającego – PACS, RIS, HIS.