

## Odpowiedzi na pytania do ogłoszenia w sprawie składania ofert

### na dostawę sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiego

#### Przedmiot: Tromboelastometr – 1 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora fabrycznie nowego wyprodukowanego pod koniec 2020 roku?

**Odp. TAK.** Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora fabrycznie nowego wyprodukowanego pod koniec 2020 roku.

2. Czy posiadany przez Zamawiającego system Clininet obsługuje protokół XML lub HL7 (specyfikacja protokołu w załączeniu)?

**Odp. TAK.** Posiadany przez Zamawiającego system Clininet obsługuje protokół HL7

3. Prosimy o dopuszczenie do oceny aparat tromboelastometr z modułem oceny funkcji płytek renomowanej amerykańskiej firmy o nieznacznie zmienionych parametrach a w szczególności posiadający kolorowy ekran LCD o przekątnej 6,5 cala, optyczno akustyczna detekcja próbki przy pomocy fotodetektora, aspirację krwi pipetą transferową, termiczną drukarkę, kasety pomiarowe przechowywane w temperaturze 2-8 st C. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. NIE.** Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. Ocena zaoferowanego aparatu będzie opierała się o zapisy Formularza Wymaganych Warunków Technicznych.