



Warszawa, dnia 17.08.2021r.

Znak sprawy: DAM.230/0080/2021/CSK

Dostawa sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 – Zestaw do intubacji u pacjentów z Covid-19 znajdujących się poza oddziałem intensywnej terapii – 1 komplet

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na pytanie:

1. Dot. pkt. 67

Prosimy o odstąpienie od wymogu sterylizacji w FO z uwagi, że metoda ta nie została zwalidowana przez producenta.

Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu i dokonuje zmiany pkt. 67:

67.	Fiberoskop nadający się do sterylizacji w min 2 spośród: EtO, FO, STERIS, STERRAD	TAK	
-----	---	-----	--

2. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia „giętki fiberoskop intubacyjny – 1 szt.” Czy zamawiający w ramach wykonania umowy przewiduje zwrot dla wykonawcy starego fiberoskopu intubacyjnego celem uzyskania korzystniejszej oferty cenowej?

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje zwrot dla wykonawcy posiadanego, przeznaczonego do kasacji, fiberoskopu intubacyjnego celem uzyskania korzystniejszej oferty cenowej.

3. Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej z 3 dni roboczych do 5 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza granicy do 14 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje par.4 pkt. 4 umowy:

Naprawy wykonywane będą w miejscu, w którym przedmiot Umowy jest używany. Naprawy wykonywane będą w terminie **do 3 5 dni roboczych** od dnia potwierdzenia wady/awarii przez przedstawiciela Wykonawcy, chyba że przeciwstawia się temu istota wady, wówczas strony ustalą termin i miejsce wykonania tej naprawy.

4. Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych z tytułu nieterminowej naprawy gwarancyjnej w przypadku kiedy wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o tej samej funkcjonalności?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany zapisów umowy w §6, pkt. 1.2):

2) za nieterminową naprawę urządzenia/modułu lub wymianę urządzenia/modułu na nowe w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu Umowy określonej w § 2 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia **chyba, że Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy w terminach określonych w §4 pkt. 4 i 5;**

5. Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji serwisu z 48h do 3 dni roboczych?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 24.08.2021 r.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia termin składania ofert na: do dnia 24.08.2021

7. Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt że towar znajduje się na magazynie zewnętrznym poza granicami kraju Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 29.10.2021 r.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia termin realizacji zamówienia par. 3 pkt 1. Umowy na: do dnia 29.10.2021 r.:

1. Termin dostawy i instalacji przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 Umowy oraz przeprowadzenia instruktażu, umożliwiającego prawidłową eksploatację, strony ustalają **do dnia 22 29 października 2021r.**

oraz par 5 pkt 1 umowy:

1. Zamawiający oświadcza, że ze względu na treść umowy dotacji, prawidłowo wystawiona faktura VAT winna zostać doręczona do Zamawiającego **do dnia 3 listopada 25 października 2021r.** w formie elektronicznej na adres marzena.kostera@uckwum.pl lub w formie papierowej do **Działu Aparatury Medycznej DSK, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa (V piętro, blok D, pokój 122)**. W przypadku braku doręczenia faktury do Zamawiającego w tym terminie, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, licząc **od dnia 3 listopada 25 października 2021r.**