



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
Dział Aparatury Medycznej

Warszawa, dnia 16.08.2021r.

Znak sprawy: DAM.234/0405/2021/SKDJ

Unowocześnienie – modernizację rezonansu magnetycznego Philips Ingenia 1,5 T w Zakładzie Leczniczym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus przy ul. W. H. Lindley'a 4; 02- 005 Warszawa

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1 - Dotyczy Formularza wymaganych warunków technicznych – Załącznik nr 1 do ogłoszenia – pkt 3

W związku z dużym ryzykiem potencjalnego quench przy prowadzonych pracach modernizacyjnych oraz tym, że Wykonawca nie jest odpowiedzialny za dostarczenie helu w tym zamówieniu, prosimy o wprowadzenie zapisu, że Wykonawca nie odpowiada za ryzyko quench przy przeprowadzonych pracach modernizacyjnych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany pkt.3:

1.	<p>Modernizacja głowicy sprężania gazowego helu wraz z kompresorem z użyciem specjalistycznych narzędzi.</p> <p>Uwaga: Wykonawca pokrywa wszelkie koszty robocizny związane z odladaniem magnesu, Zamawiający na własny koszt zapewni hel gazowy i ciekły w ilości podanej przez Wykonawcę.</p> <p>Analogicznie w przypadku wystąpienia quench'u - koszty robocizny z nim związanej pokrywa Wykonawca, koszty dostawy helu pokrywa Zamawiający.</p>	TAK	
----	---	-----	--

Pytanie nr 2 - Dotyczy Formularza wymaganych warunków technicznych – Załącznik nr 1 do ogłoszenia – pkt 10.

Czy Zamawiający dopuści kartę graficzną z 4 złączami mini displayport i odpowiednią ilością adapterów kompatybilnych z dostarczonymi monitorami ?

Siedziba: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa
Adres do korespondencji:
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 Warszawa
NIP: 522-00-02-529, REGON: 000288975
KRS: 0000073036
tel. 22 317-91-01,
e-mail: Joanna.karpinska@litewska.edu.pl
www.uckwum.pl

Zakłady lecznicze UCK WUM:

- Centralny Szpital Kliniczny / Przychodnia Specjalistyczna Banacha, ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa
- Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie / Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 Warszawa
- Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus / Przychodnia Specjalistyczna Lindleya, ul. W. H. Lindleya 4, 02 – 005 Warszawa

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany pkt.10:

2.	<p>Stacje diagnostyczno-opisowe w pełni kompatybilne z oferowaną modernizacją - 4 kpl.</p> <p>a) monitor diagnostyczny 6MP LED (3280*2048) kolorowy z oprogramowaniem, kablami, akcesoriami, bez szyby ochronnej.</p> <p>b) karta graficzna min. 4GB, min. 4 DisplayPort, 2 4 mini DisplayPort (2 x mDP → DP z adapterami), z odpowiednią liczbą adapterów kompatybilnych z dostarczonymi monitorami</p> <p>c) komputer – min. 16GB RAM; min. 256GB SSD, DVD, system operacyjny Windows 10 Pro)</p> <p>d) monitor o przekątnej min. 21" i rozdzielczości min. 1920x1080</p>	TAK	
----	---	-----	--

Pytanie nr 3 - Dotyczy Formularza wymaganych warunków technicznych – Załącznik nr 1 do ogłoszenia – pkt 4

Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na wpisaniu wymogu dostarczenia 5 szt zapasowych cylindrów do Agregatu wody lodowej.

Cylindry nie są elementem agregatu wody lodowej, w związku z tym prosimy o wykreślenie tego parametru.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany pkt.4:

3.	<p>Modernizacja (z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury) agregatu wody lodowej, niezbędna do bezprzerwowej pracy skanera MR w reżimie 24h/7dni</p> <p>Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu wody lodowej:</p> <p>a) Agregat wody lodowej 53 kW</p> <p>b) Wbudowany Bufor</p> <p>c) Układ pompowy</p> <p>d) Armatura</p> <p>e) System automatycznego awaryjnego przełączania na chłodzenie wodą miejską</p> <p>f) Sygnalizacja optyczna</p> <p>g) Instalacja wody lodowej</p> <p>h) Instalacja PCV otulina uchwyty</p> <p>i) Okucie instalacji pałaszem AL</p>	TAK	
----	--	-----	--

	j) Glikol k) Kontrola online l) Demontaż istniejących urządzeń m) Zapassowe cylindry – 5 szt.		
--	---	--	--

Pytanie nr 4 - Dotyczy wzoru umowy - §6 (Załącznik nr 3 do ogłoszenia)

Wnosimy o wprowadzenie do §6 umowy zapisu dotyczącego ograniczenia procentowego z tytułu kar umownych do 30% wartości brutto umowy o następującej treści:

“Łączna wartość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego nie może przekroczyć 30% wartości brutto przedmiotu Umowy określonej w § 2 ust. 1 Umowy.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 5 - Dotyczy wzoru umowy (Załącznik nr 3 do ogłoszenia)

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wprowadzenie zapisu do projektu umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 6 – Dotyczy wzoru umowy (Załącznik nr 3 do ogłoszenia):

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnośnie naruszenia praw własności intelektualnej?:

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty”) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,

(a) przekaze Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz

(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz

(c) przekaze Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.

2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z:

(a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego,

(b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego;

(c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów;

(d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregośkolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie;

(e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).

4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.

6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 7 – Dotyczy wzoru umowy (Załącznik nr 3 do ogłoszenia):

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości brutto niniejszej Umowy, a tym samym, czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nowym postanowieniem o następującej treści:

„Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia brutto określonego w umowie.”

Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 8 – Dotyczy wzoru umowy - §6 ust. 1 pkt 1 i 2 (Załącznik nr 3 do ogłoszenia)

Prosimy o obniżenie kary umownej do wysokości 0,1% wartości brutto określonej w §2 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Wg naszej opinii zaproponowana kara umowna 0,5% jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 9 - Dotyczy wzoru umowy - §6 Kary umowne (Załącznik nr 3 do ogłoszenia)

Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkoleniem, serwis itd.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany we wzorze umowy.

Odp. Zamawiający wskazuje, że kwestia epidemii COVID-19 oraz kar umownych z tego tytułu będzie rozpatrywana w zależności od danego stanu faktycznego.

Pytanie nr 10 – Dotyczy Terminu realizacji zamówienia w ogłoszeniu oraz w §3 ust. 1 wzoru umowy (Załącznik nr 3 do ogłoszenia)

Czy z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca instalacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje, szkolenie itp.?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie takiego zapisu w SWZ oraz we wzorze umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody