



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
Dział Aparatury Medycznej

Warszawa, dnia 16.08.2021r.

Dotyczy : DAM.230/0085/2021/CSK

Zestaw do badań laryngologicznych (narzędzia do badania laryngologicznego – 1 zestaw, lampa typu Clar – 1 szt., przenośny fiberoskop – 1 szt.) – 2 zestawy

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako równoważnego zestawu jednorazowych bronchofiberoskopów intubacyjnych o następujących parametrach:

Punkty 1 – 70:

Kolorowy monitor LCD kompatybilny z jednorazowymi bronchoskopami opisanymi poniżej
Monitor pełni funkcję wyświetlacza, procesora oraz źródła światła
Wyświetlacz 12,8 cala o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, Full HD
Zasilanie sieciowe 230V / 50Hz oraz z wewnętrznego akumulatora
Akumulator litowo-jonowy pozwalający na min. 3 godzin pracy aparatu.
Informacja na ekranie o pozostałym czasie pracy na akumulatorze
Monitor wyposażony w dwa złącza USB 3.0 umożliwiające transfer plików do przenośnej pamięci
Złącze HDMI umożliwiające wyświetlanie obrazu na zewnętrznym ekranie
Monitor wyposażony w rozkładany wspornik umożliwiający ustawienie sprzętu na dowolnej płaszczyźnie oraz wyposażony w dedykowany adapter umożliwiający zamontowanie monitora na dowolnym stojaku do płynów infuzyjnych
Możliwość nagrywania filmów i wykonywania zdjęć odpowiednio w formacie (mp4/png)
Możliwość podglądu na ekranie zarejestrowanych plików zdjęć i nagrań video oraz zarządzania danymi
Możliwość sporządzenia raportu medycznego/raportu z konsultacji z poziomu urządzenia, późniejszą edycję i wydruk na drukarkę
Możliwość aktualizacji oprogramowania w przypadku pojawienia się jego nowszej wersji
WFI Obsługuje standardy IEEE 802.11ac/a/b/g/n
LAN Złącze Ethernet RJ45, 10/100/1000 Mbp
Złącze wideo HDMI/DVI/USB
Regulacja jasności oraz kontrastu
Wbudowana pamięć 32GB
Masa 2,7 kg
Wymiary monitora: Szerokość 331 mm (13,03"), Wysokość 215 mm (8,46"), Grubość 52 mm (2,05")
Przechwytywanie zdjęć oraz nagrywanie filmów jest uruchamiane z poziomu monitora

Siedziba: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa
Adres do korespondencji:
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 Warszawa
NIP: 522-00-02-529, REGON: 000288975
KRS: 0000073036
tel. 22 317-91-01,
e-mail: Joanna.karpinska@litewska.edu.pl
www.uckwum.pl

Zakłady lecznicze UCK WUM:

- Centralny Szpital Kliniczny / Przychodnia Specjalistyczna Banacha, ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa
- Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie / Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 Warszawa
- Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus / Przychodnia Specjalistyczna Lindleya, ul. W. H. Lindleya 4, 02 – 005 Warszawa

Monitor kompatybilny z jednorazowymi: bronchofiberoskopami, rinolaryngoskopami, cystoskopami oraz rurkami jedno i dwuświatłowymi z kamerą

Parametry oferowanych endoskopów:

Endoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny, z kanałem lub bez do wyboru przez zamawiającego

Technologia video (kamera, źródło światła)

Pole widzenia 85

Głębokość ostrości 6-50 mm (+/- 2 mm)

Maksymalna średnica 3,5 mm (Slim) oraz 5,5 mm (Intervention)

Oświetlenie LED

Długość części roboczej 300 mm (Slim) lub 350 mm (intervention)

Możliwość manipulacji w co najmniej jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej

Zakres regulacji: do góry 130°/ do dołu 130°

Kanał roboczy o średnicy 2.2 (wersja intervention) lub brak kanału roboczego (wersja SLIM)

Możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy

Endoskop występujący w dwóch rozmiarach: Slim oraz intervention do wyboru przez zamawiającego



Zestaw jednorazowych rinolaryngoskopów jest całkowicie mobilny, gdyż nie posiada wieży endoskopowej, wózka, zewnętrznego źródła światła (ma wbudowane własne na końcu dystalnym), szyny mobilnej z zasilaniem.

Rinolaryngoskopy są jednorazowe, zapakowane pojedynczo, przechowywane w pudełkach kartonowych, nie wymagają przechowywania w walizce transportowej lub specjalnej szafie oraz nie podlegają sterylizacji.

Zgodnie z wytycznymi krajowymi ds. zwalczania COVID-19 jak i powszechnie dostępnymi światowymi rekomendacjami środowisk naukowych i lekarskich, zalecanym sprzętem do bronchoskopii w trakcie pandemii SARS-CoV-2 są rinolaryngoskopy jednorazowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w związku z tym, że Umowa dotacji nie dopuszcza zakupu sprzętu jednorazowego.

Pytanie 2. Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej z 3 dni roboczych do 5 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza granicy do 14 dni roboczych?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany zapisów umowy w §4, pkt. 4:

4. Naprawy wykonywane będą w miejscu, w którym przedmiot Umowy jest używany. Naprawy wykonywane będą w terminie **do 3 5 dni roboczych** od dnia potwierdzenia wady/awarii przez przedstawiciela Wykonawcy, chyba że przeciwstawia się temu istota wady, wówczas strony ustalą termin i miejsce wykonania tej naprawy.

Pytanie 3. Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych z tytułu nieterminowej naprawy gwarancyjnej w przypadku kiedy wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o tej samej funkcjonalności?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany zapisów umowy w §6, pkt. 1.2):

2) za nieterminową naprawę urządzenia/modułu lub wymianę urządzenia/modułu na nowe w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu Umowy określonej w § 2 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia **chyba, że Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy w terminach określonych w §4 pkt. 4 i 5;**

Pytanie 4. Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji serwisu z 48h do 3 dni roboczych?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5. Czy Zamawiający w punkcie 66, załącznika nr 1, zaakceptuje zaoferowanie lampy czołowej o wadze wraz z akumulatorami 258 g?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje pkt. 66:

66.	Waga z akumulatorem/akumulatorami max. 250 g 260 g	TAK	
-----	--------------------------------------------------------------	-----	--

Pytanie 6. Czy Zamawiający w punkcie 61, załącznika nr 1, zaakceptuje zaoferowanie lampy czołowej wyposażonej w niezdejmowalne lusterko?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis w pkt. 61 załącznika