

Warszawa, dnia 16.08.2021r.

Znak sprawy: DAM.230/0083/2021/CSK

Dostawa sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 – Zestaw pozycjonerów dla pacjentów wentylowanych 1 komplet

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania:

Pozycja 12.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pozycjonera do pozycji półbocznej o wymiarach: 170x74 cm. Wypełniona mikrokulkami z niepalnego materiału, ze stabilnym rozkładem wewnątrz poszycia; z pokrowcem nieprzemakalnym ułatwiającym kontrolę zakażeń z wykorzystaniem technologii jonów srebra, antyzapachowy, antybakteryjny, antyroztozczowy i antygrzybiczy; posiadająca certyfikat dopuszczenia do bezpośredniego kontaktu ze skórą Oeko-Tex klasa 2.

Zgodna z europejskimi przepisami przeciwpożarowymi EN-597-1 i 2 oraz GPEM D1 bis 89 i D90; z normą ISO 16603:2004 w zakresie odporności na przenikanie krwi i krwi syntetycznej oraz z normą ISO 16604:2004 w zakresie odporności na przenikanie cieczy hydrostatycznych oraz odporna na gronkowca złocistego opornego na metacyklinę, MRSA (ATCC6538)



Zdjęcie poglądowe.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian i jednocześnie informuje, iż w „Formularzu parametrów technicznych po zmianie”, opublikowanym 12.08.2021r. jest to pozycja nr 10.

Pozycja 13.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pozycjonera-poduszki o wymiarach: 56x40 cm. Wypełniona mikrokulkami z niepalnego materiału, ze stabilnym rozkładem wewnątrz poszycia; z pokrowcem nieprzemakalnym ułatwiającym kontrolę zakażeń z wykorzystaniem

- Centralny Szpital Kliniczny / Przychodnia Specjalistyczna Banacha, ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa
- Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie / Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 Warszawa
- Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus / Przychodnia Specjalistyczna Lindleya, ul. W. H. Lindleya 4, 02 – 005 Warszawa

technologii jonów srebra, antyzapachowy, antybakteryjny, antyroztoczowy i antygrzybiczny; posiadająca certyfikat dopuszczenia do bezpośredniego kontaktu ze skórą Oeko-Tex klasa 2.

Zgodna z europejskimi przepisami przeciwpożarowymi EN-597-1 i 2 oraz GPEM D1 bis 89 i D90; z normą ISO 16603:2004 w zakresie odporności na przenikanie krwi i krwi syntetycznej oraz z normą ISO 16604:2004 w zakresie odporności na przenikanie cieczy hydrostatycznych oraz odporna na gronkowca złocistego opornego na metacyklinę, MRSA (ATCC6538)



Zdjęcie poglądowe.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian i jednocześnie informuje, iż w „Formularzu parametrów technicznych po zmianie”, opublikowanym 12.08.2021r. jest to pozycja nr 11.

Pozycja 14.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy opis w punkcie 14 dotyczy poduszek z pozycji 12 i 13?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający jednocześnie informuje, iż w „Formularzu parametrów technicznych po zmianie”, opublikowanym 12.08.2021r. punkt 14 został usunięty, a jego zapisy, dla jasności, zostały zawarte w pozycjach 10 i 11.