

.....
Pieczęć zamawiającego

Lampa antydepresyjna
rodzaj sprzętu

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / ZESTAWIENIE PARAMETRÓW
TECHNICZNYCH WYMAGANYCH**

Uwaga: Wymogi techniczne i użytkowe stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

L.p.	Parametry i warunki techniczne	Parametr wymagany	Parametry oferowane
I. Wymagania ogólne			
1	Nazwa Urządzenia	Podać	
2	Typ Urządzenia	Podać	
3	Producent	Podać	
4	Kraj pochodzenia	Podać	
5	Rok produkcji 2021, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane	Tak	
6	Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE).	Tak	
7	Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna	Tak	
II. Parametry techniczne urządzenia			
1	Certyfikowany wyrób medyczny zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2010 Nr 107, poz. 679)	Tak	
2	Natężenie światła: – w odległości 85 cm - min. 10 000 lx – w odległości 200 cm - min. 2 500 lx	Tak, podać	
3	Temperatura barwowa światła: 4000 K (białe, zbliżone do naturalnego)	Tak	
4	Regulator natężenia oświetlenia	Tak	
5	Kolor lampy: biały	Tak	
6	Obudowa materiał: stal malowana proszkowo, odporna na mycie i dezynfekcje	Tak	
7	Ekran materiał: tworzywo sztuczne, odporne na mycie i dezynfekcje	Tak	
8	Długość przewodu zasilającego: min. 1,5 m, maks. 3 m	Tak, podać	
9	Wymiary w cm od-do [wys. x szer. x głęb.]: 55-65 x 40-50 x 5-12	Tak, podać	
10	Waga: do 6 kg	Tak, podać	
11	Źródło światła: diody LED	Tak	
12	Trwałość LED: min. 50 000 h pracy	Tak, podać	
13	Maksymalny pobór mocy: do 200 W	Tak, podać	

14	Napięcie zasilania: 220-240 V (50 Hz)	Tak, podać	
15	Sposób zasilania: dedykowany zasilacz	Tak	
16	Stopień ochrony przed wilgocią: min. IP20	Tak, podać	
17	Sposób montażu: montaż pionowy na ścianie	Tak	
III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu			
1	Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 60 m-cy) Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego.	Tak, podać	
2	Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia	Tak, podać	
3	Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy realizacji zamówienia.	Tak, podać	
4	Instrukcja w języku polskim, w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej na płycie CD lub PenDrive. <i>Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.</i>	Tak, podać	
5	Gwarancja obejmująca wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wraz z kosztami materiałów niezbędnych do ich wykonania, zgodnie z wymogami producenta jednak nie rzadziej niż raz w roku.	Tak, podać	
6	Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego.	Tak	
7	Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – maksymalnie do 3 naprawy tego samego modułu	Tak, podać	
8	Serwis na terenie Polski	Tak	
9	Paszport techniczny	Tak	

IV. Pomocnicze Materiały instalacyjne które należy dostarczyć			
1	Przewód YDY okrągły, 3 x 2,5 mm ² – 100 mb	Tak	
2	Puszka instalacyjna podtynkowa do G-k, fi 60 – 20 sztuk	Tak	
3	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem białe VIKO Karre 90963645 – 15 sztuk	Tak	
4	Łącznik jednobiegunowy p/t biały Viko Karre 90963601 – 5 sztuk	Tak	
5	Ramka 1- krotna biała Viko Karre 90960260 – 20 sztuk	Tak	
6	Kołki typu molly z hakiem prostym M4x45– 50 sztuk	Tak	

.....
data i podpisy