

Dotyczy: DAM.230.0066.2022.CSK

Urządzenie do masażu klatki piersiowej

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1:

1. W związku z ogłoszeniem postępowania o sygnaturze DAM.230.0066.2022.CSK, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej o poniższych parametrach.
 - 1 deska przezierna dla promieniu RTG- każda oferowana przez nas deska pod plecy jest wykonana z włókna węglowego, dzięki czemu jest przeziera dla promieni RTG- doposażenia urządzenia kolejną deskę może generować nie potrzebna koszty dla Zamawiającego,

Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i dokonuje następującej zmiany pkt. 3 Formularza parametrów technicznych:

3.	Dodatkowa deska pod plecy przezierna dla promieni RTG (dopuszcza się dostarczenie deski przezierniej jako dodatkowego wyposażenia urządzenia)	wymagany	TAK / NIE
----	---	----------	-----------

- Automatycznemu dostosowaniu pozycji tłoka w zależności od zmian oporu klatki piersiowej podczas RKO

Odp.: Zamawiający pozostawia zapisy Formularza parametrów technicznych bez zmian

- Regulowanym w całym zakresie pozycji wyjściowej tłoka wraz z elementem bezpośredniego kontaktu z klatką piersiową,

Odp.: Zamawiający pozostawia zapisy Formularza parametrów technicznych bez zmian

- 2 wielorazowych elementach bezpośredniego kontaktu z klatką piersiową,

Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i dokonuje następującej zmiany pkt. 25 Formularza parametrów technicznych:

25.	Jednorazowa przyssawka – min. 12 szt. lub wielorazowy element bezpośredniego kontaktu z klatką piersiową – min. 2 szt.	wymagany	TAK / NIE
-----	--	----------	-----------

Pytanie 2

Dotyczy wzoru umowy:

Siedziba: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa
 Adres do korespondencji:
 ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 Warszawa
 NIP: 522-00-02-529, REGON: 000288975
 KRS: 0000073036
 tel. 22 317-91-01,
 e-mail: Joanna.karpinska@litewska.edu.pl
 www.uckwum.pl

Zakłady lecznicze UCK WUM:

- Centralny Szpital Kliniczny / Przychodnia Specjalistyczna Banacha, ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa
- Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie / Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 Warszawa
- Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus / Przychodnia Specjalistyczna Lindleya, ul. W. H. Lindleya 4, 02 – 005 Warszawa

2. W związku z ogłoszeniem postępowania o sygnaturze DAM.230.0066.2022.CSK, zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy wydłuży termin, po którym następuje wymiana urządzenia z 14 do 30 dni? Zwyczajowo do 14 dni Zamawiający pozostawiają Wykonawcom na wykonanie napraw wymagających sprowadzenia części od producenta.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis umowy ze względu na przeznaczenie urządzenia dla Izby Przyjęć, udzielającej świadczeń w trybie całodobowym, 7 dni w tygodniu.

Ponadto Zamawiający dokonuje następującej zmiany pkt. 8 Formularza parametrów technicznych:

8.	Współczynnik kompresji stały lub zmienny podczas RKO	oceniany dostępne ustawienia min.: 102+/-2, 111+/-2 oraz 120+/-2	Należy podać TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.
----	--	---	--