

Warszawa, dnia 7.09.2022r.

Dotyczy: ogłoszenia w sprawie składania ofert na dostawę sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Przedmiot: Kamera do wideotorakoskopii z torem wizyjnym – 1 sztuka.

Znak sprawy: DAM.230.0060.2022.CSK

Pytanie nr 1 – dotyczy Formularza parametrów technicznych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji, z rokiem produkcji min. 2021r. ?
Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza i dokonuje zmiany w Formularzu parametrów technicznych

Pytanie nr 2 – dotyczy Formularza ofertowego, wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedycego wyposażenia oferowanego zestawu (stawka vat 23%) tj. np.: drobne elementy wyposażenia wózka medycznego, które nie posiadają dokumentów dopuszczających do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, oraz wyrazi zgodę na dodanie wiersza w formularzu cenowym dla produktów z różną stawką vat tj. (8% i 23%) ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza modyfikację Formularza ofertowego, wzoru umowy w tym zakresie

Pytanie nr 3 – dotyczy wzoru umowy Par. 4 ust. 2 c)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący?

2. W zakres gwarancji wchodzi, w szczególności:

c) bezpłatne naprawy **gwarancyjne**, transport, dojazdy oraz wszystkie wymieniane części zamienne - zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego.

Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania. Obowiązek naprawy, wynikający z nieprawidłowego użytkowania byłby naruszeniem zasady równości stron umowy.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany Par. 4 ust. 2 c) wzoru umowy, nadając mu brzmienie:

c) bezpłatne naprawy gwarancyjne, transport, dojazdy oraz wszystkie wymieniane części zamienne - zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego.

Pytanie nr 4 – dotyczy wzoru umowy Par. 4 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący?

5. Naprawy wykonywane będą w miejscu, w którym przedmiot Umowy jest używany. Naprawy wykonywane będą w terminie do 5 dni roboczych, **a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 12 dni roboczych** od dnia poinformowania Wykonawcy o wadzie/awarii

Siedziba: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa
Adres do korespondencji:
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 Warszawa
NIP: 522-00-02-529, REGON: 000288975
KRS: 0000073036
tel. 22 317-91-01,
e-mail: Joanna.karpinska@litewska.edu.pl
www.uckwum.pl

Zakłady lecznicze UCK WUM:

- Centralny Szpital Kliniczny / Przychodnia Specjalistyczna Banacha, ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa
- Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie / Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 Warszawa
- Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus / Przychodnia Specjalistyczna Lindleya, ul. W. H. Lindleya 4, 02 – 005 Warszawa

przez przedstawiciela Zamawiającego, chyba że przeciwstawia się temu istota wady, wówczas Zamawiający na wniosek Wykonawcy może wydłużyć termin wykonania naprawy. Wydłużenie terminu wymaga złożenia przez Zamawiającego oświadczenia w formie pisemnej.

Odp.: Zamawiający pozostawia zapis umowy bez zmian

Pytanie nr 5 – dotyczy wzoru umowy Par. 4 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący?

6. Jeżeli Wykonawca opóźni się z wykonaniem naprawy lub wymiany o co najmniej 14 dni po upływie terminu naprawy wskazanego lub ustalonego według ust. 5, Zamawiający jest uprawniony do żądania wymiany urządzenia lub jego elementu na nowe, **z wyjątkiem sytuacji w której Wykonawca dostarczy zastępczy przedmiot umowy o co najmniej takich samych parametrach**

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji wzoru umowy w Par. 4 ust. 6 nadając mu brzmienie:

6. Jeżeli Wykonawca opóźni się z wykonaniem naprawy lub wymiany o co najmniej 14 dni po upływie terminu naprawy wskazanego lub ustalonego według ust. 5, Zamawiający jest uprawniony do żądania wymiany urządzenia lub jego elementu na nowe, chyba że Wykonawca dostarczy zastępczy przedmiot umowy o co najmniej takich samych parametrach.

Pytanie nr 6 – dotyczy wzoru umowy Par. 4 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący?

9. Wykonawca nie odpowiada w ramach gwarancji za uszkodzenia przedmiotu Umowy, powstałe z winy ~~umyślnej~~ Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający pozostawia zapis umowy bez zmian