

Dotyczy: DAM.230.0061.2022.CSK

Przedmiot: Aparatura endoskopowa – 1 zestaw

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1 Dotyczy Lp. 215

Czy Zamawiający dopuści zmiękcacz z zaawansowanym cyfrowym systemem sterowania zapewniającym wydajną i optymalną pracę urządzenia?

Odp.: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje parametr, nadając mu brzmienie:

215.	Elektroniczne sterowanie objętościowe Cyfrowy system sterowania	Tak	
------	---	-----	--

Pytanie 2 Dotyczy Lp. 219

Czy Zamawiający dopuści zmiękcacz z minimalnie mniejszym przepływem nominalnym równym 1,68 m³/h?

Odp.: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje parametr, nadając mu brzmienie:

219.	Przepływ nominalny przy wymieszaniu do twardości 8 ^o d: min. 2 m³/h 1,6 m ³ /h	Tak	
------	--	-----	--

Pytanie 3 Dotyczy Lp. 221

Czy ze względu na to, że producent oferowanego zmiękcacza nie podaje poboru mocy w trakcie pracy Zamawiający odstąpi od tego wymogu?

Oferowany zmiękcacz jest wysokiej klasy oraz spełnia wszystkie standardy dla tego typu urządzeń.

Odp.: Zamawiający dopuszcza i wykreśla parametr 221:

221.	Pobór mocy w trakcie pracy: max. 6 W	Tak	
------	---	-----	--

Pytanie 4 dotyczy wzoru umowy, par 4, pkt 9.

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania nie zgodnie z instrukcją obsługi.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania nie zgodnie z instrukcją obsługi.

Siedziba: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa
Adres do korespondencji:
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 Warszawa
NIP: 522-00-02-529, REGON: 000288975
KRS: 0000073036
tel. 22 317-91-01,
e-mail: Joanna.karpinska@litewska.edu.pl
www.uckwum.pl

Zakłady lecznicze UCK WUM:

- Centralny Szpital Kliniczny / Przychodnia Specjalistyczna Banacha, ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa
- Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie / Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 Warszawa
- Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus / Przychodnia Specjalistyczna Lindleya, ul. W. H. Lindleya 4, 02 – 005 Warszawa

Pytanie 5 – dotyczy zapisów umowy oraz Formularza parametrów technicznych
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego również z rokiem produkcji 2021 r

Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę, tj. akceptuje zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego również z rokiem produkcji 2021 r., jednak preferuje sprzęt wyprodukowany w 2022 r.

Pytanie 6 – dotyczy zapisów umowy oraz Formularza ofertowego
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedyceznego wyposażenia oferowanego zestawu (stawka vat 23%) tj. np.: elementy wyposażenia wózka medycznego, uzdatniacz do myjni, czytnik systemem monitorująco-raportujący , które nie posiadają dokumentów dopuszczających do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, oraz wyrazi zgodę na dodanie wiersza w formularzu cenowym dla produktów z różną stawką vat tj. (8% i 23%) ?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 7 – dotyczy wzoru umowy Par. 4 ust. 2 c)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący?

2. W zakres gwarancji wchodzi, w szczególności:

c) bezpłatne naprawy **gwarancyjne**, transport, dojazdy oraz wszystkie wymieniane części zamienne - zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego.

Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania. Obowiązek naprawy, wynikający z nieprawidłowego użytkowania byłby naruszeniem zasady równości stron umowy.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany Par. 4 ust. 2 c) wzoru umowy, nadając mu brzmienie:

c) bezpłatne naprawy gwarancyjne, transport, dojazdy oraz wszystkie wymieniane części zamienne - zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego.

Pytanie 8– dotyczy wzoru umowy Par. 4 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący?

5. Naprawy wykonywane będą w miejscu, w którym przedmiot Umowy jest używany. Naprawy wykonywane będą w terminie do 5 dni roboczych, **a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy lub naprawy poza granicami RP do 12 dni roboczych** od dnia poinformowania Wykonawcy o wadzie/awarii przez przedstawiciela Zamawiającego, chyba że przeciwstawia się temu istota wady, wówczas Zamawiający na wniosek Wykonawcy może wydłużyć termin wykonania naprawy. Wydłużenie terminu wymaga złożenia przez Zamawiającego oświadczenia w formie pisemnej.

Odp.: Zamawiający pozostawia zapis bez zmiany. Postanowienie ust. 5 przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania naprawy, jeśli przemawia za tym istota wady. W takich wypadkach Zamawiający może złożyć oświadczenie o przedłużeniu terminu na wykonanie naprawy.

Pytanie 9 – dotyczy wzoru umowy Par. 4 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący?

6. Jeżeli Wykonawca opóźni się z wykonaniem naprawy lub wymiany o co najmniej 14 dni po upływie terminu naprawy wskazanego lub ustalonego według ust. 5, Zamawiający jest uprawniony do żądania wymiany urządzenia lub jego elementu na nowe, **z wyjątkiem sytuacji w której Wykonawca dostarczy zastępczy przedmiot umowy o co najmniej takich samych parametrach.**

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i nadaje Par. 4 ust. 6 wzoru umowy brzmienie:

6. Jeżeli Wykonawca opóźni się z wykonaniem naprawy lub wymiany o co najmniej 14 dni po upływie terminu naprawy wskazanego lub ustalonego według ust. 5, Zamawiający jest uprawniony do żądania wymiany urządzenia lub jego elementu na nowe, z wyjątkiem sytuacji w której Wykonawca dostarczy zastępczy przedmiot umowy o co najmniej takich samych parametrach.

Pytanie 10 – dotyczy wzoru umowy Par. 4 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący?

8. W przypadku wystąpienia konieczności dokonania czwartej naprawy **gwarancyjnej** tego samego urządzenia lub modułu albo jeżeli urządzenia lub modułu urządzenia nie da się naprawić, Zamawiający może żądać wymiany tego urządzenia lub modułu na wolny od wad. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć i zainstalować nowe urządzenie lub moduł w terminie ustalonym przez Strony, jednak nie później niż 30 dni od dnia zgłoszenia żądania. W takim przypadku okres gwarancji urządzenia lub modułu wymienionego na nowy rozpoczyna się od dnia jego dostarczenia

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i nadaje Par. 4 ust. 8 wzoru umowy brzmienie:

8. W przypadku wystąpienia konieczności dokonania czwartej naprawy gwarancyjnej tego samego urządzenia lub modułu albo jeżeli urządzenia lub modułu urządzenia nie da się naprawić, Zamawiający może żądać wymiany tego urządzenia lub modułu na wolny od wad. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć i zainstalować nowe urządzenie lub moduł w terminie ustalonym przez Strony, jednak nie później niż 30 dni od dnia zgłoszenia żądania. W takim przypadku okres gwarancji urządzenia lub modułu wymienionego na nowy rozpoczyna się od dnia jego dostarczenia.

Pytanie 11 – dotyczy wzoru umowy Par. 6 ust. 1a, 1b, 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości podanej kary

z

„jednak nie więcej niż 50% wartości brutto określonej w § 2 ust. 1”

na

„jednak nie więcej niż 20% wartości brutto określonej w § 2 ust. 1”

Odp.: Zamawiający pozostawia zapis bez zmiany.

Pytanie 12 Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt. 6?

Odp.: Zamawiający pozostawia zapis bez zmiany.

Pytanie 13 Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt. 10?

Odp.: Zamawiający modyfikuje pkt. 10 nadając mu brzmienie:

10.	Dotykowy panel sterujący lub klawiatura	Tak	
-----	---	-----	--

Pytanie 14, pkt 12 Czy Zamawiający dopuści główne wyjście wideo Full HD?

Odp.: Zamawiający pozostawia zapis bez zmiany.

Pytanie 15 pkt 14 Czy Zamawiający dopuści pomocnicze wyjście wideo Full HD?

Odp.: Zamawiający pozostawia zapis bez zmiany.

Pytanie 16 pkt 15 Czy Zamawiający dopuści główne wejścia wideo w celu podłączenia aparatu USG lub RTG min: Composite?

Odp.: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje pkt 15 nadając mu brzmienie:

15.	Główne wejścia wideo w celu podłączenia aparatu USG lub RTG min. : SDI lub Composite	Tak	
-----	--	-----	--

Pytanie 17 pkt 16 Czy Zamawiający dopuści pomocnicze wejścia wideo min. Composite?

Odp.: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje pkt 16 nadając mu brzmienie:

16.	Pomocnicze wejścia wideo min: SDI, Y/C lub min. Composite	Tak	
-----	---	-----	--

Pytanie 18 pkt 17 Czy Zamawiający dopuści funkcję obrazowania w rozdzielczości Full HD?

Odp.: Zamawiający pozostawia zapis bez zmiany.

Pytanie 19 pkt 27 Czy Zamawiający dopuści funkcję Timer?

Odp.: Zamawiający pozostawia zapis bez zmiany.

Pytanie 20 pkt 34 Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt. 34?

Odp.: Zamawiający pozostawia zapis bez zmiany.

Pytanie 21 pkt 35 Czy Zamawiający dopuści 3 tryby insuflacji?

Odp.: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje pkt 35 nadając mu brzmienie:

35.	Min. 3 tryby insuflacji, spośród: wyłączona, niska, średnia, wysoka	Tak	
-----	---	-----	--

Pytanie 22 pkt 44 Czy Zamawiający dopuści monitor z wejściami sygnału 4K: 12G-SDI x 1, Display Port x 1, HDMI x 1?

Odp.: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje pkt 44 nadając mu brzmienie:

44.	Wejścia sygnału 4K min.: 12G-SDI x1, Display Port x1, HDMI x1	Tak	Należy podać
-----	---	-----	--------------

Pytanie 23 pkt 45 Czy Zamawiający dopuści monitor z wyjściami sygnału 4K: 12G-SDI x 1, Display Port x 1, HDMI x 1?

Odp.: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje pkt 45 nadając mu brzmienie:

45.	Wyjścia sygnału 4K min.: 12G-SDI x2 lub 12G-SDI x 1, Display Port x 1, HDMI x 1	Tak	Należy podać
-----	---	-----	--------------

Pytanie 24 pkt 59 Czy Zamawiający dopuści możliwość wychylenia osi monitora od osi wózka?

Odp.: Zamawiający pozostawia zapis bez zmiany.

Pytanie 25 pkt 61 Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt. 61?

Odp.: Zamawiający pozostawia zapis bez zmiany.

Pytanie 26 pkt 70 Czy Zamawiający dopuści półkę do usadowienia insuflatora?

Odp.: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje pkt 70 nadając mu brzmienie:

70.	Półka do posadowienia insuflatora	Tak	
-----	-----------------------------------	-----	--

Pytanie 27 Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt.71?

Odp.: Zamawiający pozostawia zapis bez zmiany.

Pytanie 28 Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt.78?

Odp.: Zamawiający pozostawia zapis bez zmiany.

Pytanie 29 Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt. 111?

Odp.: Zamawiający pozostawia zapis bez zmiany.

Pytanie 30 pkt 113 Czy Zamawiający dopuści grubość końcówki endoskopowej max. 10,5 mm z większym kanałem roboczym 3,8 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje pkt 113 nadając mu brzmienie:

113.	Grubość końcówki sondy endoskopowej max. 10,5 mm	Tak parametr oceniany	Należy podać 10,5 mm – 0 pkt
------	--	--------------------------	---------------------------------

			< 10,5 mm – 5 pkt
--	--	--	-------------------

Pytanie 31 pkt 123 Czy Zamawiający dopuści lepszy parametr jakim jest długość sondy roboczej 1100 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje pkt 123 nadając mu brzmienie:

123.	Długość sondy roboczej w zakresie 1.030 – 1.100mm gwarantująca odpowiedni zasięg endoskopu	Tak	
------	--	-----	--

Pytanie 32 Czy Zamawiający dopuści kąt nachylenia optyki 5 stopni?

Odp.: Zamawiający pozostawia zapis bez zmiany.

Pytanie 33 pkt 146 Czy Zamawiający dopuści zapis: Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr cyfrowy w celu zwiększenia wykrywalności wczesnych zmian nowotworowych nie widocznych w białym świetle?

Odp.: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje pkt 146 nadając mu brzmienie:

146.	Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczno-cyfrowy lub cyfrowy w celu zwiększenia wykrywalności wczesnych zmian nowotworowych niewidocznych w białym świetle	Tak	optyczno-cyfrowy – 10 pkt cyfrowy – 0 pkt
------	---	-----	--

Pytanie 34 pkt 156 Czy Zamawiający dopuści aparat w pełni zanurzalny wymagający nakładki uszczelniającej?

Odp.: Zamawiający pozostawia zapis bez zmiany.

Pytanie 35 pkt 166 Czy Zamawiający dopuści lepsze ciśnienie max. 65 kPa?

Odp.: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje pkt 166 nadając mu brzmienie:

166.	Maksymalne ciśnienie podawania gazu: min. 45 kPa	Tak	
------	---	-----	--

Pytanie 36 pkt 169 Czy Zamawiający dopuści regulację przez operatora?

Odp.: Zamawiający pozostawia zapis bez zmiany.

Pytanie 37 pkt 170 Czy Zamawiający dopuści możliwość ustawienia dwóch prędkości przepływu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje pkt 170 nadając mu brzmienie:

170.	Możliwość ustawienia min. dwóch prędkości przepływu	Tak	
------	---	-----	--

Pytanie 38 Czy Zamawiający wydzieli myjnię wraz z uzdatniaczem i systemem dokumentacji mycia i dezynfekcji?

Odp.: Zamawiający dokonuje zakupu kompatybilnego wzajemnie zestawu urządzeń.