

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

znak sprawy: [DAM.220.014.2023.DOT](#)

Warszawa 14.08.2023r

Odpowiedzi na pytania

(dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 50.000 euro)

dotyczy ZO na dostawę Videolaryngoskopu z wyposażeniem jednorazowym – 3 szt. dla UCK WUM w ramach programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: „*Wzmocnienie i unowocześnienie zasobów sprzętowych w celu zwiększenia efektywności działania w obszarze świadczeń transplantacyjnych w zakresie przeszczepień wątroby oraz nerki*” w ramach działania 11.3 *Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020*”

W związku z płynięciem pytań dotyczących powyższego ZO, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżek czystych mikrobiologicznie

Odpowiedz nr 1: Zamawiający podtrzymuje zapisy Formularza parametrów technicznych.

Pytanie 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie klasy ochrony IP40.

Odpowiedz nr 2: Zamawiający podtrzymuje zapisy Formularza parametrów technicznych.