

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

znak sprawy: [DAM.220.018.2023.DOT](#)

Warszawa 05.09.2023r

### Odpowiedzi na pytania

(dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 50.000 euro)

dotyczy ZO na dostawę Ciepłarki do płynów infuzyjnych – 1 szt. dla UCK WUM w ramach programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: „Wzmocnienie i unowocześnienie zasobów sprzętowych w celu zwiększenia efektywności działania w obszarze świadczeń transplantacyjnych w zakresie przeszczepień wątroby oraz nerki ” w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”

W związku z płynięciem pytań dotyczących powyższego ZO, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:** Czy zamawiający dopuszcza złożenie oferty na urządzenie niebędące wyrobem medycznym?

**Odpowiedz nr 1:** Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na urządzenie niebędące wyrobem medycznym, spełniające wymagane parametry techniczne.

**Pytanie 2:** Czy Zamawiający dopuści komorę grzewczą nie będącą wyrobem medycznym tylko wyrobem laboratoryjnym, w przypadku spełniania pozostałych wymogów funkcjonalnych?

**Odpowiedz nr 2:** Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na urządzenie niebędące wyrobem medycznym, spełniające wymagane parametry techniczne.

**Pytanie 3:** Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach [mm] 600szer x 840wys x 630gł?

**Odpowiedz nr 3:** W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający modyfikuje pkt. 3 Załącznika nr 1, nadając mu brzmienie:

3.	Wymiary urządzenia [mm] 600szer x 840wys x 630gł +/-50mm	wymagany
----	--	----------